



*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 43 /2015

Bolesławiec, dnia 19 maja 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych w zakresie bakteriologii, koagulologii, immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów. Znak sprawy: 3/bakteriologia – koagulologia - immunochemia/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 1c. Załącznik 6 do SIWZ.

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników z terminem ważności 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.

Swoją prośbę motywujemy tym, że taki termin ważności gwarantuje nam Producent oferowanych podłoży.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w w/w zakresie udzielił już odpowiedzi w piśmie z dnia 19 maja 2015r., znak: ZOZ/NZP/40/2015 (odp. na pyt nr 11).

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 12, l.p. 1, Załącznik 2A1 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania analizatora z 2009 r. po kompleksowym przeglądzie oraz z pełną bezpłatną gwarancją serwisową w okresie obowiązywania umowy dzierżawy.

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający wyraża zgody na możliwość zaoferowania analizatora z 2009r.

Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 12, l.p. 10, Załącznik 2A1 do SIWZ

W związku z zapisem w pkt 10 parametrów oferowanego analizatora dotyczącym możliwości zastosowania gotowego suplementu wzbogacającego hodowlę w przypadku materiałów poniżej 0,5ml (krew oraz płyny ustrojowe) zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie ilości zestawów gotowych suplementów wzbogacających (certyfikowanych oznaczonych CE –IVD), jaką powinni wycenić poszczególni wykonawcy w pkt. 6 tabeli asortymentowo – cenowej stanowiącej załącznik nr 2A do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nie przewiduje pobierania próbek do analizy poniżej 0,5 ml. Zamawiający w celu zabezpieczenia ewentualnego wystąpienia konieczności pobrania próbki do

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 02 01
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



analizy poniżej 0,5ml, chce wyłącznie posiadać informacje na temat gotowych suplementów wzbogacających, które można dodawać do podłoża.

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk