




*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu* 

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 70 /2015

Bolesławiec, dnia 3 lipca 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnych odczynników i testów laboratoryjnych oraz elektroforezy z dzierżawą zestawu. Znak sprawy: 4/drobny sprzęt laboratoryjny/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zapisów Umowy § 4 ust. 4

Prosimy o modyfikację zapisu ust. 4 §. 4 wzoru treści Umowy poprzez dopisanie „oferowana cena brutto obejmuje: (.....), „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00zł netto.”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 4 ust. 4.

Pyt. nr 2. Dotyczy zapisów Umowy § 7 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie zapisu: „telefonicznych.”. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 7 ust. 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamówienia zgodnie z w/w zapisem wzoru treści umowy mogą być m.in. składane w formie telefonicznej wyłącznie poprzez faks.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 18

Czy Zamawiający wymaga kapilar do gazometrii, wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego. Zastosowanie materiałów takich jak tworzywo sztuczne, eliminuje zagrożenia takie jak kruszenie końców kapilary co może prowadzić do skaleczeń personelu medycznego.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 02 01
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania kapilar do gazometrii, wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie ilości zamawianych zatyczek do kapilar oraz mieszadełek. Zamawiający zamawia 21 000 szt. kapilar. Do jednej kapilary potrzebne są dwie zatyczki czyli 42 000 szt. a nie 10 000 szt. jak jest napisane w SIWZ. Powinno być również 21 000 szt. mieszadełek a nie 10 000 szt. Prosimy o stosowne wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że ilości zamawianych zatyczek do kapilar oraz mieszadełek jest poprawna. Zamawiający wymaga zaoferowania 10 000szt. zatyczek do kapilar i 10 000 szt. mieszadełek.

Z poważaniem

DYREKTOR



Adam Zdaniuk