



*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu*

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 186 /2015

Bolesławiec, dnia 16 września 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy odczynników serologicznych. Znak sprawy: 6/serologia/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty pozytywnej opinii IHiT w Warszawie o oferowanych testach mikrokolumnowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami IHiT „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” – Warszawa 2014 – Wydanie III”, rozdz. 7. pkt 7.5, który na podstawie ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz 681, z późn. zm.) stanowi w Polsce obowiązujące przepisy w jednostkach organizujących publicznej służby krwi?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ nie wymaga załączenia do oferty pozytywnej opinii IHiT w Warszawie o oferowanych testach mikrokolumnowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami IHiT „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi.”

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 9

Czy wymagany „odczynnik” w zadaniu numer 9, Zamawiający rozumie jako odczynnik niezbędny do zawieszania krwinek wzorcowych o terminie przydatności min. 6 miesięcy od daty otwarcia butelki?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający w zadaniu nr 9 przez użyte słowo „odczynnik” rozumie jako odczynnik niezbędny do zawieszania krwinek wzorcowych o terminie przydatności min. 6 miesięcy od daty otwarcia butelki.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 9

Prosimy o podanie pojemności (liczby kart) jaką maksymalnie winna posiadać wymagana wirówka serologiczna?

Odpowiedź Zamawiającego

Zaferowana wirówka powinna posiadać pojemność (liczba kart) od 4 do 6 kart maksymalnie.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 02 01
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane karty i sprzęt pochodziły od tego samego producenta, co jest zgodne z rozdz. 7.5 aktualnie obowiązujących przepisów (Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa 2014 – Wydanie III)?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie wymaga, aby oferowane karty i sprzęt pochodziły od tego samego producenta.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał w PTA/LISS, które należy uwzględnić w dodatkowym wierszu formularza cenowego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 (pismo znak: ZOZ/NZP/185/2015 z dnia 16 września 2015r.) Zamawiający nie wymaga zaoferowania krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał w PTA/LISS. Zamawiający informuje, że nie należy uwzględniać krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał w PTA/LISS w dodatkowym wierszu formularza cenowego.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 9

Czy zamawiający wymaga zaoferowania takiej samej ilości końcówek do pipet oraz odczynnika (poz. 2 i 3), aby zapewnić możliwość wykonywania badań opisanych w poz. 1 formularza cenowego w całym okresie obowiązującej umowy, tj. przez 36-mcy?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania takiej samej ilości końcówek do pipet oraz odczynnika (poz. 2 i 3), aby zapewnić możliwość wykonywania badań opisanych w poz. 1 formularza cenowego w całym okresie obowiązywania umowy tj. przez 36 m-cy.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk