



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/353/2016

Bolesławiec, dnia 15 listopada 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa fabrycznie nowego ambulansu z wyposażeniem oraz sprzętu medycznego.

Znak sprawy: 15/karetka oraz sprzęt medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytania Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne z transporterem renomowanej marki Ferno charakteryzujące się następującymi parametrami?:

- a) przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji i pozycji transportowych;
- b) nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;
- c) z możliwością płynnej regulacji nachylenia oparcia pod plecami do kąta 90 stopni tj. do pozycji siedzącej;
- d) rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;
- e) z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;
- f) możliwość montażu dodatkowego zestawu pasów lub uprząży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej
- g) ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi przednimi i tylnymi rączkami do przenoszenia, z możliwością montażu do ramy noszy składanego wieszaka do kroplówki
- h) z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;
- i) nosze są zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału
- j) z nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych
- k) obciążenie dopuszczalne noszy 181 kg
- l) waga oferowanych noszy 18 kg
- m) z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu;

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



- n) regulacja wysokości w sześciu poziomach;
- o) wszystkie kółka jezdne o średnicy 125mm, 2 kółka skrętne w zakresie 360 stopni, kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach.
- p) waga transportera 22 kg
- q) gwarancja na oferowany system transportu 60 miesięcy ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania noszy głównych z transporterem w zakresie ppkt: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), p), q)

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania noszy głównych z transporterem w zakresie ppkt n), **pod warunkiem, że ustawienie wysokości będzie wspomagane sprężynami gazowymi.**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania noszy głównych z transporterem w zakresie ppkt o), **pod warunkiem, że dwa kółka będą posiadały hamulce, które będą uniemożliwiać obrót kółek oraz funkcję skrętu.**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie noszy głównych z transportem w zakresie ppkt: k)

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk