



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>Q</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/371/2016

Bolesławiec, dnia 24 listopada 2016r.

### *Wszyscy uczestnicy postępowania*

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych wg potrzeb Zamawiającego wraz z dzierżawą analizatorów oraz laboratoryjnego systemu informatycznego w zakresie: biochemii, równowagi kwasowo zasadowej (RKZ), analizy moczu metodą biochemiczną, analizy osadu moczu, immunodiagnostyki, hematologii, bakteriologii. Znak sprawy: 14/laboratorium/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy pakietu nr VIII, zadanie nr 1 (Załącznik nr 11a – Formularz cenowy)**

W celu prawidłowego obliczenia ilości zestawów niezbędnej na cały okres umowy, którą należy podać w kolumnie nr 6 formularza cenowego, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie długości, ilości oraz częstotliwości serii wykonywanych badań dla pozycji od 1 do 4. Do każdej serii badań należy bowiem wykonać kalibrację i kontrolę, a ilości zużywanych w tym celu studzienek reakcyjnych należy wziąć pod uwagę przy całkowitej kalkulacji ostatecznej ilości zestawów.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Ilość serii, częstotliwość wykonywanych badań została ujęta w ilości oznaczeń/badań.

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy pakietu nr VI, zadanie nr 1 (Załącznik nr 11a – Formularz cenowy)**

W związku z niewielką ilością oznaczeń przeciwciał przeciwko Borrelia IgG i IGM w płynie mózgowo – rdzeniowym (pozycja 3 i 4) w okresie 48 miesięcy, czy Zamawiający będzie wymagał przy kalkulacji ilości zestawów niezbędnej na cały okres umowy również uwzględnienia trwałości zestawów odczynnikowych po ich otwarciu? Ze względu na specyfikę techniki oznaczeń, odczynniki po otwarciu mają określony okres przydatności do użycia.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga przy kalkulacji ilości zestawów niezbędnej na cały okres umowy również uwzględnienia trwałości zestawów odczynnikowych po ich otwarciu.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

*Adam Zdaniuk*

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
http://www.zozbol.eu

