



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/162/2017

Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 24, poz. 1-2.

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaofiarowania testów w opakowaniach po 200 sztuk. Jednocześnie Zamawiający, informuje, że wymaga wyceny w sztukach, a nie w opakowaniach. Państwa Firma jest zobowiązana do podania w kolumnie nr 5 „Cena netto” w zadaniu nr 24 w poz. 1 i 2 Formularza cenowego ceny za 1 szt., a nie za 1 opakowanie. Mając powyższe na uwadze, nie występuje konieczność przeliczania ilości zaofiarowanych opakowań, ponieważ Zamawiający musi otrzymać w poz. 1 – 1500 sztuk, natomiast w poz. 2 – 6000 szt.

Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 24 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym plastikowym podłożu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza testów mycia umieszczonych na specjalistycznym plastikowym podłożu.

Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 24 poz. 1.

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie jakiej ilości holderów Zamawiający wymaga do wskazanej pozycji?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający w Zadaniu nr 24 poz. 1 wymaga jednego holdera.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 24 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści testy dezynfekcji nieposiadające powierzchni samoprzylepnej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania testów dezynfekcji nieposiadających powierzchni samoprzylepnej, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 5. Dotyczy Zadania nr 25 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści taśmę w rolkach po 50mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania taśmy w rolkach po 50mb, pod warunkiem jednoczesnego przeliczenia ilości zamawianych sztuk w Formularzu cenowym, w kolumnie nr 4 „ILOŚĆ”, na 88 sztuk

Pyt. nr 6. Dotyczy Zadania nr 25 poz. 4.

Sposób graficznego rozmieszczenia substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 7. Dotyczy Zadania nr 25 poz. 5.

Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaferowanie testu Bowie Dick o innym sposobie wykazania zmiany tj. poprzez jednoznaczną zmianę barwy z koloru żółtego na czarny?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania testu Bowie Dick o innym sposobie wykazania zmiany tj. poprzez jednoznaczną zmianę barwy z koloru żółtego na czarny, pod warunkiem jeżeli do tego rodzaju testów wymagany jest przyrząd PCD, należy go również zaferować w ilości 2 szt.

Pyt. nr 8. Dotyczy Zadania nr 25 poz. 6.

Czy Zamawiający dopuści testy pakietowe Bowie Dick posiadające kartę testową umieszczoną pomiędzy arkuszami specjalnego papieru bez dodatkowej pianki.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania testów pakietowych Bowie Dick posiadające kartę testową umieszczoną pomiędzy arkuszami specjalnego papieru bez dodatkowej pianki, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 9. Dotyczy Zadania nr 26 poz. 1.

Sposób graficznego rozmieszczenia substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaferowanie testu o **punktowym ułożeniu wskaźnika**

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania testu o punktowym ułożeniu wskaźnika, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pyt. nr 10. Dotyczy projektu umowy.

§ 9, ust.1c: Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: „...5% niezrealizowanej części umowy brutto.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wzoru treści umowy w § 9 ust. 1c.

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk