



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/164/2017

Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 12-18

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley pokryty jednostronnie silikonem z balonem w zakresie 30-50 ml?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza cewnika Foley pokrytego jednostronnie silikonem z balonem w zakresie 30-50 ml.

Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 36

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny sterylny Ch 26 lub Ch 28 o długości 40 cm, wykonany z miękkiego PCV, z otwartym końcem oraz 5 otworami bocznymi?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza drenu brzuszego sterylnego Ch 26 lub Ch 28 o długości 40 cm, wykonanego z miękkiego PCV, z otwartym końcem oraz 5 otworami bocznymi.

Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 37

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny sterylny Ch30 o długości 40 cm, wykonany z miękkiego PCV, z otwartym końcem oraz 5 otworami bocznymi?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza drenu brzuszego sterylnego Ch30 o długości 40 cm, wykonanego z miękkiego PCV, z otwartym końcem oraz 5 otworami bocznymi.

Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 38

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny sterylny Ch36 o długości 40 cm, wykonany z miękkiego PCV, z otwartym końcem oraz 5 otworami bocznymi?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza drenu brzuszego sterylnego Ch36 o długości 40 cm, wykonanego z miękkiego PCV, z otwartym końcem oraz 5 otworami bocznymi.

Pyt. nr 5. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 43

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra bez worka?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania drenu Kehra bez worka, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 6. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 43

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra w rozmiarze Ch12 z workiem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza drenu Kehra w rozmiarze Ch12 z workiem.

Pyt. nr 7. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 46

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra bez worka?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania drenu Kehra bez worka, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 8. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 46

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra w rozmiarze Ch12 z workiem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza drenu Kehra w rozmiarze Ch12 z workiem.

Pyt. nr 9. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 48-50

Czy Zamawiający dopuści dren Pezzera o długości 40cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania drenu Pezzera o długości 40cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 10. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 51-56

Czy Zamawiający dopuści dren Redona wykonany z PCV o długości min. 70 cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza drenu Redona wykonanego z PCV o długości min. 70 cm.

Pyt. nr 11. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 88

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną o długości min. 23 cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza opaski identyfikacyjnej o długości min. 23 cm.

Pyt. nr 12. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 98-100

Czy Zamawiający pojemnik na odpady histopatologiczne z pokrywką zamykaną na wcisk?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza pojemnika na odpady histopatologiczne z pokrywką zamykaną na wcisk.

Pyt. nr 13. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 97-100

Czy Zamawiający wymaga pojemników zarejestrowanych jako wyroby medyczne?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga pojemników zarejestrowanych jako wyroby medyczne.

Pyt. nr 14. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 153

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu z możliwością pomiaru diurezy godzinowej o parametrach:

- worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”,
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym,
- standardowa długość drenu 120 cm
- dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego
- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu,
- samouszczelniający się port do pobierania próbek
- trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie
- bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach)
- komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe
- biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu
- pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm,
- pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka
- sterylne

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania worka do dobowej zbiórki moczu z możliwością pomiaru diurezy godzinowej o w/w składzie, parametrach i opisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 15. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bluzy męskie w włókniny SMS?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza bluz męskich z włókniny SMS.

Pyt. nr 16. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bluzy męskie w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania bluz męskich w kolorze niebieskim, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 17. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepki damskie w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania czepków damskich w rozmiarze uniwersalnym, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 18. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza fartuchów z włókniny polipropylenowej

Pyt. nr 19. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMS, sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza fartuchów z włókniny SMS, sterylnych.

Pyt. nr 20. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartuchów w kolorze niebieskim, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 21. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w uniwersalnym rozmiarze?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartuchów w uniwersalnym rozmiarze, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 22. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjną z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza koszuli operacyjnej z włókniny polipropylenowej.

Pyt. nr 23. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjną z włókniny SMS?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza koszuli operacyjnej z włókniny SMS.

Pyt. nr 24. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjną niebieską?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania koszuli operacyjnej niebieskiej, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 25. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjną w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza koszuli operacyjnej w rozmiarze uniwersalnym.

Pyt. nr 26. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści podkład operacyjny z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza podkładu operacyjnego z włókniny polipropylenowej.

Pyt. nr 27. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści podkład operacyjny z włókniny SMS sterylnej, w kolorze niebieskim, o wymiarach 140x90 cm (+/- 10 cm)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza podkładu operacyjnego z włókniny SMS sterylnej, w kolorze niebieskim, o wymiarach 140x90 cm (+/- 10 cm).

Pyt. nr 28. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło operacyjne z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza prześcieradła operacyjnego z włókniny polipropylenowej.

Pyt. nr 29. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło operacyjne z włókniny SMS sterylnej, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza prześcieradła operacyjnego z włókniny SMS sterylnej, w kolorze niebieskim.

Pyt. nr 30. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści ubranie męskie w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ubrania męskiego w kolorze niebieskim, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 31. Dotyczy Zadania nr 14 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści ubranie męskie z włókniny SMS?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza ubrania męskiego z włókniny SMS.

Z poważaniem

DYREKTOR



Adam Zdaniuk