



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/179/2017

Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 1-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępianie od wymogu kolorystycznego wskaźnika sterylizacji na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość odstępiania od wymogu kolorystycznego wskaźnika sterylizacji na opakowaniu zbiorczym.

Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 1-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów pakowanych w podwójne opakowanie kartonowe?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawów pakowanych w podwójne opakowanie kartonowe.

Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego pakowanego w opakowanie typu blister, wykonanego na bazie dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 56g/m², chłonności 570 % i składzie:

| Element składowy | Szt. | Surowiec | Rozmiar dłxsz. (cm) |
|---|------|------------|---------------------|
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania zestawu uniwersalnego pakowanego w opakowanie typu blister, wykonanego na bazie dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 56g/m², chłonności 570 % o w/w składzie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji biodra wykonane na bazie dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 56g/m², chłonności 570 % pakowanego w torebkę papierowo-foliową o następującym składzie:

| Element składowy | Szt. | Surowiec | Rozmiar dłxsz. (cm) | Kształt otworu / Uwagi | Wielkość otworów (dłxsz.;średnica) | Rodzaj wycięcia | Rozmiar wycięcia dłxsz.;promień |
|--------------------------|------|------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| serweta przylepcem z | 1 | L2 | 260x240 | | | WYCIĘC. U | 100x20 |
| serweta przylepcem z | 1 | L2 | 240x150 | | | | |
| serweta | 1 | L2 | 150x90 | | | | |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 120x37 | | | | |
| taśma medyczna | 3 | Spunlace | 50x9 | | | | |
| serweta na stół instrum. | 1 | | 190x150 | | | | |
| serweta na stolik Mayo | 1 | | 145x80 | | | | |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 | | | | |

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania obłożenia do operacji biodra wykonanego na bazie dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 56g/m², chłonności 570 % pakowanego w torebkę papierowo-foliową o w/w składzie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 5. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do artroskopii wykonane na bazie dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 56g/m², chłonności 570 %, pakowanego w torebkę papierowo-foliową o następującym składzie:

| Element składowy | Szt. | Surowiec | Rozmiar dłxsz. (cm) | Kształt otworu / Uwagi | Wielkość otworów (dłxsz.;średnica) |
|-------------------------------|------|------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|
| serweta z otworem elastycznym | 1 | L2 | 320x240 | OKRĄG | 6 |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 | | |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 | | |
| serweta na stół instrum. | 1 | | 190x150 | | |
| serweta na stolik Mayo | 1 | | 145x80 | | |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 | | |

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania obłożenia do artroskopii wykonanego na bazie dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 56g/m², chłonności 570 %, pakowanego w torebkę papierowo-foliową o w/w składzie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 6. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji urologiczno – ginekologicznych na bazie dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 56g/m2, chłonności 570 % pakowanego w torebkę papierowo-foliową o następującym składzie:

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|---------|--------|-------|
| serweta z otworem i przylepcem | 1 | L2 | 200x180 | PROST. | 20x10 |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | L2 | 90x75 | | |
| pokrowiec na nogę | 2 | L2 | 120x75 | | |
| serweta na stół instrum. | 1 | | 190x150 | | |
| serweta na stolik Mayo | 1 | | 145x80 | | |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 | | |

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania obłożenia do operacji urologiczno – ginekologicznych na bazie dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 56g/m2, chłonności 570 % pakowanego w torebkę papierowo-foliową o w/w składzie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 7. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do laparoskopii wykonane na bazie dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 56g/m2, chłonność 570 %, pakowanego w blister o następującym składzie:

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------|----------|
| serweta z otworem trapez i przylepcem | 1 | L2 | 300x180 | TRAPEZ | 28x20x19 |
| kieszka na płyny z kształtką | 1 | PE - 2K | 42X35 | | |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 | | |
| serweta na stół instrum. | 1 | | 190x150 | | |
| serweta na stolik Mayo | 1 | | 145x80 | | |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 | | |

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania obłożenia do laparoskopii wykonanego na bazie dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 56g/m2, chłonność 570 %, pakowanego w blister o w/w składzie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 8. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do chirurgii dłoni/stopy na bazie trójwarstwowej włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 73g/m2, chłonność 824 %, odporność na przenikanie cieczy 191 H2O pakowanego w blister o następującym składzie:

| | | | | | |
|---|---|------------|---------|-------|---|
| serweta z elementem elastycznym i otworem | 1 | L3 | 300x240 | OKRĄG | 4 |
| serweta na stół instrum. | 1 | | 190x150 | | |
| serweta na stolik Mayo | 1 | | 145x80 | | |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 | | |

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania obłożenia do chirurgii dłoni/stopy na bazie trójwarstwowej włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 73g/m2, chłonność 824 %, odporność na przenikanie cieczy 191 H2O pakowanego w blister o w/w składzie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 9. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji żyłaków wykonane na bazie dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 56g/m2, chłonność 570 %, pakowanego w torebkę papierowo-foliową o następującym składzie:

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----|---------|--|--|--------------|------|
| serweta z wycięciem U i przylepcem | 1 | L2 | 240x180 | | | WYCIĘC. U | 63x7 |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x180 | | | | |
| serweta | 1 | L2 | 200x180 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|---------|--|--|--|--|
| serweta na stół instrum. | 1 | | 190x150 | | | | |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 | | | | |
| serweta na stolik Mayo | 1 | | 145x80 | | | | |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 | | | | |

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania obłożenia do operacji żyłaków wykonanego na bazie dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 56g/m², chłonność 570 %, pakowanego w torebkę papierowo-foliową o w/w składzie, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 10. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch, gdzie przesiąkanie płynów min 32 cm H₂O?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha, gdzie przesiąkanie płynów min 32 cm H₂O, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 11. Dotyczy Zadania nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych z folią 7- warstwową włącznie z warstwą kleju, z kierunkiem otwierania zaznaczonym również od strony folii, znak CE umieszczony zarówno na opakowaniu zbiorczym jak i na rękawie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, zgodnych z normą 868? Obecne wymogi Zamawiającego ograniczają konkurencyjność postępowania, a nie mają żadnego wpływu na jakość i funkcjonalność wyrobów. Pragniemy zaoferować Państwu rękawy z lepszą folią, ponieważ ma ona więcej warstw.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawów papierowo – foliowych z folią 7- warstwową włącznie z warstwą kleju, z kierunkiem otwierania zaznaczonym również od strony folii, znak CE umieszczony zarówno na opakowaniu zbiorczym jak i na wewnątrz rolki rękawu zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, zgodnych z normą 868.

Pyt. nr 12. Dotyczy Zadania nr 23 poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu? Według naszej wiedzy tylko jedna firma oferuje taki papier, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Jednocześnie Zamawiający wykreśla w Zadaniu nr 23 w „UWAGI” w tirecie trzecim zapis: „w kolorze zielono/niebieskim, pakowana naprzemiennie”. Mając powyższe na uwadze, wszyscy uczestnicy niniejszego postępowania, którzy będą składać ofertę w zakresie zadania nr 23 są zobowiązani do wykreślenia w „UWAGI” w tirecie trzecim zapisu „w kolorze zielono/niebieskim, pakowana naprzemiennie.” Pozostała część zapisów, pozostaje bez zmian.

Pyt. nr 13. Dotyczy projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wszędzie tam gdzie we wzorze umowy jest zapis „dni robocze” rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 90 t.j.).

Pyt. nr 14. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 11 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 60 dni”?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a w konsekwencji zagrozić zdolności wykonawcy do dalszego wykonywania zamówienia publicznego. Skuteczność § 7 ust. 11 wzoru umowy może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wzoru treści umowy w § 7 ust. 11.

Pyt. nr 15. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. a) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wzoru treści umowy w § 9 ust. 1 lit. a).

Pyt. nr 16. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. c) wzoru umowy wyrażenie „*5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2*” zostało zastąpione wyrażeniem „*5% niezrealizowanej części umowy brutto*”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie umowy była naliczana proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do niezrealizowanej wartości umowy, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wzoru treści umowy w § 9 ust. 1 lit. c).

Pyt. nr 17. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wzoru treści umowy w § 9 ust. 6.

Z poważaniem

DYREKTOR



Adam Zdaniuk