



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^Q

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZOZ/NZP/296/2017

Bolesławiec, dnia 21 sierpnia 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzet medyczny/17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 3, poz. 7

Prosimy o doprecyzowanie zakresu dezynfekcji termicznej dla temperatury powyżej 80oC. Czy myjnia ma osiągać standardowo Ao60 czy Ao600 oraz czy dla sytuacji podwyższonego zagrożenia epidemicznego wymagana jest możliwość osiągnięcia Ao 3000 ?

Odpowiedź Zamawiającego

Myjnia ma osiągać standardowo Ao60. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby w sytuacji podwyższonego zagrożenia epidemicznego myjnia miała możliwość osiągnięcia Ao 3000.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 3, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia o kompaktowej budowie zapewniającego ergonomiczną obsługę urządzenia o wysokości nieznacznie wyższej (173 cm) od wymaganej o wymiarach:

- szerokość 500mm , głębokość 450mm , wysokość 1730 mm?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o kompaktowej budowie zapewniającego ergonomiczną obsługę urządzenia o wymiarach: szerokość 500mm, głębokość 450mm, wysokość 1730 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 3 poz. 12

Czy przez określenie „konstrukcja ze stali nierdzewnej” należy rozumieć, że Zamawiający wymaga aby stelaż, zbiornik wody, drzwi komory, drzwi szafki do umieszczenia pojemnika wewnątrz urządzenia oraz ściany zewnętrzne wykonane były ze stali nierdzewnej? Jeżeli tak to - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez dodatkowego „opanelowania frontowego oraz pokrywy górnej wykonanego z tworzywa sztucznego” gdyż obudowa ze stali szlachetnej doskonale umożliwi utrzymanie czystości, a przewidziana do zaoferowania myjnia nie wymaga dodatkowej zewnętrznej izolacji termicznej?

Odpowiedź Zamawiającego

Przez określenie konstrukcja ze stali nierdzewnej Zamawiający rozumie stelaż, który ma być wykonany ze stali nierdzewnej. Dla pozostałych elementów, Zamawiający nie określa materiału z jakiego mają być wykonane. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia, w którym opanelowanie frontowe oraz pokrywa górna wykonane będą ze stali szlachetnej, przy założeniu że zaoferowana myjnia nie wymagać będzie dodatkowej zewnętrznej izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 3, poz. 17, 18

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z jedną pompą dozującą wyłącznie środek odkamieniający. W przewidzianej do zaoferowania myjni, podobnie jak w nowoczesnych myjniach wiodących producentów dozowanie detergentu jest zbędne, gdyż domywanie naczyń następuje przez silne strumienie wody kierowane przez kilkanaście dysz rotacyjnych. Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza zarówno koszty eksploatacji myjni jak i koszty samego urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza myjni dezynfektora z jedną pompą dozującą wyłącznie środek odkamieniający.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 3, poz. 22

Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących „pojemności minimalnej jednocześnie” gdyż określenie – 1 kaczka, -1 basen zawiera się w wymogu 1basen i 1 kaczka . Czy nie nastąpiła pomyłka gdyż standardowo większość myjni ma pojemność:

jednorazowo - 1 basen + jedna kaczka ,

lub jednorazowo - 3 kaczki ,

lub jednorazowo - 1 inne naczynie sanitarne (np. do zbiórki moczu,

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w zadaniu nr 3 poz. 22 w kolumnie „Parametr graniczny/warunek graniczny”, który otrzymuje brzmienie:

„Pojemność minimalna jednocześnie:

jednorazowo - 1 basen + jedna kaczka,

lub jednorazowo - 3 kaczki,

lub jednorazowo - 1 inne naczynie sanitarne (np. do zbiórki moczu)”.

Jednocześnie Zamawiający wymaga i zobowiązuje wszystkich uczestników niniejszego postępowania do naniesienia stosownych poprawek zgodnie z powyższym opisem w poz. 22 w zadaniu 3 Formularz opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ).

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 3, poz. 25

Prosimy o doprecyzowanie - czy w ramach wymaganego automatycznego przebiegu procesu Zamawiający wymaga paroszczelności urządzenia (odprowadzania pozostałości pary i jej skroplin do kanalizacji) podczas cyklu mycia, dezynfekcji termicznej i suszenia ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby w ramach automatycznego przebiegu procesu urządzenie było paroszczelne (odprowadzanie pozostałości pary i jej skroplin do kanalizacji) podczas cyklu mycia, dezynfekcji

termicznej i suszenia.

Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 3, poz. 27

Prosimy o doprecyzowanie - czy w ramach zgodności z Normą PN-ENISO 15883-1,3 Zamawiający wymaga, aby po zakończonym procesie mycia i dezynfekcji termicznej naczyń sanitarnych były schładzane i suszone zewnętrznym strumieniem powietrza, tak aby pozostawały bez nadmiaru skroplin i nadawały się do ponownego bezpośredniego użycia?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby w ramach zgodności z Normą PN-ENISO 15883-1,3 po zakończonym procesie mycia i dezynfekcji termicznej naczyń sanitarnych były schładzane i suszone zewnętrznym strumieniem powietrza, tak aby pozostawały bez nadmiaru skroplin i nadawały się do ponownego bezpośredniego użycia.

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk