



*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZOZ/NZP/301/2017

Bolesławiec, dnia 21 sierpnia 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzet medyczny/17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy projektu umowy §3 pkt. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 60 dni od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §3 pkt. 1.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 3, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie urządzenia w którym współczynnik dezynfekcji można regulować wartościami A0-60 i A0600, co pozwoli na eliminację sporów bakteryjnych Clostridium Difficile?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania urządzenia w którym współczynnik dezynfekcji można regulować wartościami A0-60 i A0600, co pozwoli na eliminację sporów bakteryjnych Clostridium Difficile, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na urządzenie o wysokości zewnętrznej max. 178 cm? Parametr ten tylko nieznacznie odbiega od wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o wysokości zewnętrznej max. 178 cm., pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 3, poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na urządzenie o konstrukcji z stali nierdzewnej, opanelowania frontowego oraz pokrywy wykonanej ze stali nierdzewnej, co znacznie ułatwia utrzymanie czystości. Urządzenie jest wyposażone w dodatkową izolację akustyczną i termiczną.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o konstrukcji z stali nierdzewnej, opanelowania frontowego oraz pokrywy wykonanej ze stali nierdzewnej oraz wyposażone w dodatkową izolację akustyczną i termiczną.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 3, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie bez wbudowanego wyłącznika jeśli wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia zostanie zainstalowany przez Wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia bez wbudowanego wyłącznika, pod warunkiem, że wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia zostanie zainstalowany przez Wykonawcę.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 3, poz. 29

Czy w przypadku wyrażenia zgody na zaoferowanie myjni z 1 pompą dozującą Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę 4 kanistrów 5 litrowych środka myjąco-odkamieniającego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza myjni z 1 pompą dozującą.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk