



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/377/2017

Bolesławiec, dnia 3 listopada 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Znak sprawy: 12/transport sanitarny/17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1

Prosimy o jasne określenie rodzaju karetek, wraz z podaniem ich klasy: A1, A2, B lub C jakich Zamawiający oczekuje do realizacji umowy.

Pyt. nr 2

Prosimy o wskazanie roczników pojazdów i /lub przebiegu, jeśli Zamawiający ogranicza go.

Pyt. nr 3

Czy pojazdy mają być wyposażone w tlen medyczny? I czy jego uzupełnianie jest po stronie Zamawiającego czy Oferenta? W przypadku gdy jest ono po stronie Oferenta, prosimy o informację o możliwości przechowywania butli Linde Gas, lub uzupełniania ich w tlenowni Zamawiającego- jeśli ją posiada.

Pyt. nr 4

Czy uzupełnianie wyposażenia jednorazowego (prosimy o szczegółową listę tego wyposażenia na każdy rodzaj zadania) jest po stronie Zamawiającego czy Oferenta?

Pyt. nr 5

Prosimy o wskazanie całego wyposażenia medycznego jakie ma być na wyposażeniu karetek dla poszczególnych zadań.

Pyt. nr 6

Czy na dzień składania oferty, całe wyposażenie ma posiadać aktualne paszporty medyczne?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



Pyt. nr 7

Czy na wyposażeniu pojazdów mają być leki? A jeśli tak, to jakie? Prosimy o szczegółową listę leków postaci i dawek.

Pyt. nr 8

Prosimy o wskazanie ilości karettek jakie mają być przeznaczone do realizacji poszczególnych zadań. Określenie „w miarę potrzeb Zamawiającego” stoi w sprzeczności z orzecznictwem i doprowadzić może do absurdu zamówienia np. 10 zespołów na tą samą godzinę, z naliczeniem kary umownej za przekroczenie czasu dojazdu.

Pyt. nr 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kolejkwowanie zleceń w miarę ich spływania i ich realizację w kolejności ich wpływu/pilności, w oparciu o liczbę wskazanych przez Zamawiającego zespołów?

Pyt. nr 10

Czy w ramach któregoś z zadań są realizowane Transporty Krwi, surowicy i materiałów krwiopochodnych? Reguluje je Rozporządzenie MZ z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Czy zatem zgodnie z nim transport krwi ma się odbywać zgodnie z wymogami przytoczonego rozporządzenia?

Pyt. nr 11

Dotyczy w/w pytania nr 10

Prosimy o odpowiedź tak/nie:

- a) czy w lodówki mają posiadać zasilanie ze stałym monitoringiem temperatury, i możliwością wydruku temperatury w czasie całego transportu?
- b) prosimy o określenie wymaganej minimalnej pojemności lodówek
- c) prosimy o wskazanie zakresu temperatur jakie mają spełniać lodówki. (od do)
- d) prosimy wskazać, ile tego typu wyjazdów zostało zleconych i zrealizowanych w czasie trwania umowy.
- f) prosimy o wskazanie skąd są one zlecane, do jakiej stacji RCKiK, i do jakiego punktu docelowego przewożone. (trasa)

Pyt. nr 12

Czy Zamawiający posiada lub wynajmuje pomieszczenia dla zespołów wyjazdowych do realizacji niniejszej umowy, a jeśli tak, w jakiej cenie? Stacjonowanie zespołów w siedzibie Zamawiającego drastycznie skraca czas dojazdu i podstawienia go do realizacji usługi

Pyt. nr 13

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu umowy - załącznik nr 7 do SIWZ paragraf 15 umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 2 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

W przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania stosunku prawnego strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mających negatywny wpływ wykonanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie mają możliwości kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach.

Odpowiedzi Zamawiającego**Odp. na pyt. nr 1.**

Dla przedmiotu zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ) w punkcie:

- 1.1. i 1.2. Zamawiający oczekuje ambulansu ratunkowego (typ C);
- 1.3. Zamawiający oczekuje ambulansu ratunkowego (typ B);
- 1.4. Zamawiający oczekuje ambulansu ratunkowego (typ A2).

Odp. na pyt. nr 2.

Zamawiający nie określa roczników pojazdów i/lub ich przebiegu. Pojazdy zgodnie z SIWZ mają być sprawne technicznie i mają posiadać ważne badania techniczne.

Odp. na pyt. nr 3.

Pojazdy mają być wyposażone w tlen medyczny. Jego uzupełnianie jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie ma możliwości przechowywania butli Linde Gas ani ich uzupełniania w tlenowni Zamawiającego.

Odp. na pyt. nr 4, 5, 7

Uzupełnianie wyposażenia jednorazowego jest po stronie Wykonawcy. Karetki w przedmiocie zamówienia w punkcie 1.1; 1.2; 1.3 (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ) winny być wyposażone zgodnie z załącznikiem nr 3 zarządzenia nr 64/2016/dsm Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne:

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta		
5.1	Wyrób	Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego
5.1.1	Nosze główne /z podwoziem	1
5.1.2	Nosze podbierające	1
5.1.3	Materac próżniowy	1
5.1.4	Urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego (o ile nosze główne nie spełniają funkcji tych wyrobów)	1
5.1.5	Płachta do przenoszenia lub materac do przenoszenia	1
5.1.6	Długa deska stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi	1
Wyposażenie unieruchamiające		
5.2	Wyrób	Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego
5.2.1	Zestaw unieruchamiający do złamań	1
5.2.2	Zestaw unieruchamiający górny szyjny odcinek kręgosłupa Zestaw kołnierzy szyjnych	1
5.2.3	Rozszerzone unieruchomienie górnego odcinka kręgosłupa Urządzenie do ewakuacji lub krótka deska stabilizująca kręgosłup (jedno z nich)	1
Wyposażenie do wentylacji/oddychania		
5.3	Wyrób	Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego
5.3.1	Stacjonarny pojemnik tlenu. Minimum 2 000 l (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym	1
	szybkozłączka	1
5.3.2	Przenośny zbiornik tlenu. Minimum 400 l, (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie, co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym	1
	szybkozłączka	1
5.3.3	Worek samorozprężalny z wlotem dla tlenu, maskami i rurkami do udrożnienia	1

	dróg oddechowych dla wszystkich grup wiekowych oraz rezerwuarem tlenu		
5.3.4	Mechaniczne urządzenie do odsysania o minimalnym ciśnieniu 65 kPa i minimalnej pojemności 1 l	1	
5.3.5	Przenośne urządzenie do odsysania	1	
5.4	Wyposażenie diagnostyczne		
	Wyrób	Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego	
5.4.1	Aparat do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi, rozmiary mankietów 10 cm – 66 cm	1	
5.4.2	Oksymetr	1	
5.4.3	Stetoskop	1	
5.4.4	Termometr (zakres minimalny od 28 °C do 42 °C)	1	
5.4.5	Urządzenie do oznaczania glukozy we krwi	1	
5.4.6	Latarka diagnostyczna	1	
5.5	Leki		
	Rodzaj leku	Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego	
5.5.1	Przeciwbólowy	1	
5.6	Wyposażenie do infuzji		
	Wyrób	Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego	
5.6.1	Płyny infuzyjne, litry	4	
5.6.2	Zestawy do iniekcji i infuzji	2	
5.6.3	Układ do infuzji przeznaczony do podawania płynu ogrzanego do (37 ± 2) °C (nie wymaga się, aby ten układ był przenośny)	1	
5.6.4	Uchwyt do zestawów do infuzji	2	
5.6.5	Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem	1	
5.7	Wyposażenie do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego		
	Wyrób	Ilość minimalna dla podstawowego zespołu ratownictwa medycznego	Ilość minimalna dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego
5.7.1	Defibrylator z rejestratorem rytmu i danych pacjenta ^a	1	1
5.7.2	Monitor kardiologiczny ^a	1	1
5.7.3	Kardiostrymulator zewnętrzny ^a	1	1
5.7.4	Przenośny zestaw rurek do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.) Worek samorozprężalny ręczny Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu Rurki ustno- i nosowo-gardłowe Ssak Cewniki do odsysania	1	1
5.7.5	Przenośny rozszerzony zestaw do udrażniania dróg oddechowych (p.a.r.s.) Zawartość przenośnego zestawu rurek do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.) Zestaw do infuzji – łącznie z odpowiednimi kaniulami dożylnymi zakładanymi na stałe Zestaw do podawania płynów infuzyjnych Płyny infuzyjne Samoprzylepne materiały do mocowania	1	1

	Zestaw do intubacji – zawierający rękojeść(-ci) laryngoskopu i odpowiednie łopatki Kleszczyki Magilla Mandryny/prowadnice do wprowadzania Rurki dotchawicze z łącznikami Zacisk do rurki do napełniania mankietu Mocowania rurek Stetoskop Zestaw do podawania leków		
5.7.6	Aparat do nebulizacji	1	1
5.7.7	Zestaw do drenażu klatki piersiowej	-	1
5.7.8	Wolumetryczna pompa infuzyjna/ Strzykawkowa pompa infuzyjna	-	1
5.7.9	Kaniule do wkłuc centralnych	-	1
5.7.10	Respirator ratowniczo-transportowy	1	1
5.7.11	Zastawka wytwarzająca dodatnie ciśnienie końcowe wydechowe (PEEP), regulowana lub o stałym ciśnieniu	-	1
5.7.12	Kapnometr	1	1
5.8	Wyroby bandażowanie i pielęgnacja		
	Wyrób	Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego	
5.8.1	Pościel	1	
5.8.2	Koce	2	
5.8.3	Materiały do opatrywania ran	1	
5.8.4	Materiały do leczenia oparzeń termicznych i chemicznych	1	
5.8.5	Miska nerkowata	1	
5.8.6	Worek na wymiociny	1	
5.8.7	Pojemnik na mocz (niewykonany ze szkła)	1	
5.8.8	Pojemnik na zużyte materiały ostre	1	
5.8.9	Zgłębnik żołądkowy z wyposażeniem	1	
5.8.10	Rękawice chirurgiczne sterylne, liczba par	5	
5.8.11	Rękawice jednorazowego użytku niesterylne	100	
5.8.12	Zestaw porodowy	1	
5.8.13	Worek na odpady	1	
5.8.14	Worek na odpady medyczne	1	
5.8.15	Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze	1	
5.8.16	Pojemnik reimplantacyjny utrzymujący wewnętrzną temperaturę (4±2) °C przez co najmniej 2h	1	

W zakresie przedmiotu zamówienia w punkcie 1.4. (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ), karetka transportowa ma spełniać cechy techniczne i jakościowe dla środka transportu drogowego typu A 2.

Odp. na pyt. nr 6.

Na dzień składania oferty, całe wyposażenie ma posiadać aktualne paszporty medyczne.

Odp. na pyt. nr 8.

Dla przedmiotu zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ) w punkcie:

- 1.1. i 1.2. Zamawiający oczekuje 1 sztuki ambulansu ratunkowego (typ C);
- 1.3. Zamawiający oczekuje 1 sztuki ambulansu ratunkowego (typ B);
- 1.4. Zamawiający oczekuje 1 sztuki ambulansu ratunkowego (typ A2).

Odp. na pyt. nr 9.

Zamawiający dopuszcza możliwość kolejkowania zleceń w miarę ich spływania i ich realizację w kolejności ich wpływu/pilności, w oparciu o liczbę wskazanych przez Zamawiającego zespołów z wyłączeniem zleceń “ na cito”

Odp. na pyt. nr 10.

Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia nie są realizowane transporty krwi, surowicy i materiałów krwiopochodnych.

Odp. na pyt. nr 11.

Nie dotyczy.

Odp. na pyt. nr 12.

Zamawiający nie posiada i nie wynajmuje pomieszczeń dla zespołów wyjazdowych do realizacji niniejszej umowy.

Odp. na pyt. nr 13.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w § 15. Cechą charakterystyczną umów w zamówieniach publicznych jest ich stabilność i niezmienność.

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk