



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 5 / 2016

Bolesławiec, dnia 12 stycznia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy wyrobów implantacyjnych i narzędzi. Znak sprawy: 13/ortopedia/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 4 poz. 1-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie DRUTY KIRSCHNERA Z OSTRZEM DWUSTRONNYM TYPU TROKAR L 300

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania DRUTÓW KIRSCHNERA Z OSTRZEM DWUSTRONNYM TYPU TROKAR L 300.

Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 4 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirschnera L 300 FI 2,5 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Drutu Kirschnera L 300 FI 2,5 mm.

Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 5 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grot Steinmanna L 200-225 mm końcówka trójkątna lub Grot Steinmanna L 200-300 mm końcówka trójkątna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Grotu Steinmanna L 200-225 mm końcówka trójkątna lub Grot Steinmanna L 200-300 mm końcówka trójkątna.

Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź Rusha fi 2,5 mm z zachowaniem pozostałych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SIWZ

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 02 01
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu



Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Gwoździa Rusha fi 2,5 mm z zachowaniem pozostałych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SIWZ.

Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoźdź Rusha fi 3,0 lub 3,5 mm z zachowaniem pozostałych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Gwoździa Rusha fi 3,0 lub 3,5 mm z zachowaniem pozostałych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SIWZ.

Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoźdź Rusha fi 3,0 lub 3,5 mm z zachowaniem pozostałych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Gwoździa Rusha fi 3,0 lub 3,5 mm z zachowaniem pozostałych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SIWZ.

Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoźdź Rusha fi 4 mm L 200 do 260 mm (w odstępach co 10 mm)

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Gwoździa Rusha fi 4 mm L 200 do 260 mm (w odstępach co 10 mm).

Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów fi 1,25 L 5m

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Drutu do wiązania odłamów fi 1,25 L 5m.

Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 7 poz. 6-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów fi 1,6 L 5m

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Drutu do wiązania odłamów fi 1,6 L 5m.

Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm długość śruby 50 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Wkrętów kaniulowanych, o średnicy 7 mm długość śruby 50 mm.

Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 8 poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm długość śruby 120 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Wkrętów kaniulowanych, o średnicy 7 mm długość śruby 120 mm.

Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 8 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm długość śruby 120 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Wkrętów kaniulowanych, o średnicy 7 mm długość śruby 120 mm.

Pyt. nr 13. Dotyczy zadania nr 8 poz. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 36 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania Wkrętów kaniulowanych, o średnicy 4,5mm, długość śruby 36 mm.

Pyt. nr 14. Dotyczy zadania nr 8 poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 44 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania Wkrętów kaniulowanych, o średnicy 4,5mm, długość śruby 44 mm

Pyt. nr 15. Dotyczy zadania nr 10 poz. 16-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Płytki do zespalania kości drobnych 10 mm z zachowaniem pozostałych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania Płytki do zespalania kości drobnych 10 mm z zachowaniem pozostałych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SIWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR


Adam Zdaniuk