



*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^(A)*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

ZOZ/NZP / 6 /2016

Bolesławiec, dnia 12 stycznia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy wyrobów implantacyjnych i narzędzi. Znak sprawy: 13/ortopedia/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytania Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści aby średnica drutu wynosiła 2,5mm zamiast 2,4mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza aby średnica drutu wynosiła 2,5mm zamiast 2,4mm.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 02 01
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
http://www.zozbol.eu

