



Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^(A)

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 85 /2016

Bolesławiec, dnia 28 kwietnia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/sprzet medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytania Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy SIWZ zadanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuści szynę o lepszych parametrach niż opisane w SIWZ, tj.

- Mobilizacja bierna st. kolanowego i biodrowego
- Możliwość współpracy z Kartą Pamięci
- Regulacja prędkości w trakcie zgięcia – wyprostu
- Regulacja czasu trwania ćwiczeń
- Automatyczne zwiększenie wyprostu
- Automatyczne zwiększenie zgięcia
- Przerwa po osiągnięciu limitu wyprostu
- Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia
- Funkcja rozgrzewki „Warm up”
- Zakres ruchu w st. kolanowym -10° -120°
- Zakres ruchu w st. biodrowym 7° -115°
- Prędkość ruchu 0.8° /sekundę – 3.5° /sekundę
- Siła 0 – 40kg
- Wózek transportowy z półką
- Zasilanie 230V/50Hz
- Klasa 1B Standard EN60601-1
- Waga 9,5 kg
- Powtórzenia ruchu na limicie zgięcia
- Powtórzenia ruchu na limicie wyprostu

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>



- Limit automatycznego wzrostu zgięcia
- Limit automatycznego wzrostu wyprostu

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szyny rehabilitacyjnej do ćwiczeń biernych o lepszych parametrach niż opisane w SIWZ (wskazane powyżej w zapytaniu), pod warunkiem że zaoferowana szyna spełnia wszystkie wymagane minima określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ – zadanie nr 4)

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk