



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 169 /2016

Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

### *Wszyscy uczestnicy postępowania*

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzet medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 5**

Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną klasy III wyposażoną w lekkie rampy wagowe z uchwytem do przenoszenia oraz kółka transportowe ? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego/użytkownika ze względu na dużą mobilność wagi. Łatwy najazd na rampy - "technologia: ULTRA LOW", dzięki czemu poszerzamy możemy zastosowania wagi np. do ważenia pacjentów na wózkach.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wagi medyczne klasy III wyposażonej w lekkie rampy wagowe z uchwytem do przenoszenia oraz kółka transportowe.

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 5**

Czy ze względu na dużą mobilność płoz Zamawiający zrezygnuje w wózka transportowego?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

W przypadku oferowania wagi z dużą mobilnością płoz, Zamawiający dopuszcza możliwość nie oferowania wózka transportowego.

#### **Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 5**

Czy Zamawiający dopuści wagę z dwoma modułami/płozami ważącymi z łatwym najazdem, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie specjalnego podnośnika?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wagi z dwoma modułami/płozami ważącymi z łatwym najazdem.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
<http://www.zozbol.eu>



**Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 5**

Czy Zamawiający wymaga zgodności wagi z Dyrektywami Unijnymi, które są nadrzędne nad prawem polskim: 93/42/EWG – Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych, EN 60601-1-2 - Medyczne urządzenia elektryczne ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby zaoferowana waga była zgodna z Dyrektywami Unijnymi: 93/42/EWG – Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych, EN 60601-1-2 - Medyczne urządzenia elektryczne.

**Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 5**

Czy Zamawiający zrezygnuje ze szkolenia, uruchomienia i montażu, a dopuści wysyłkę wagi firmą kurierską ? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisuje instrukcja obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację ze szkolenia, uruchomienia i montażu zaoferowanej wagi. Zamawiający nie dopuszcza wysyłki wagi firmą kurierską.

**Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 5**

Czy Zamawiający oprócz zasilania sieciowego dopuści zasilanie bateryjne? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania wagi zasilanej sieciowo i bateryjnie.

**Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 5**

Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wagi z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia, pod warunkiem że zaoferowany wyświetlacz jest duży, jasny, wyświetlane cyfry są duże, które widoczne są pod kątem 90 stopni oraz w cieniu.

**Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 5**

Czy Zamawiający wymaga, aby waga posiadała świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „ **UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA**” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby waga posiadała świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

  
**Adam Zdaniuk**