



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 173 /2016

Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzet medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych wózka wynoszących: wys. 105 cm (blat roboczy na wys. 100 cm), głęb. 59,4 cm, szer. 85,5 cm, które to w nieznaczny sposób odbiegają od wymaganych?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza wózka o wymiarach zewnętrznych wózka wynoszących: wys. 105 cm (blat roboczy na wys. 100 cm), głęb. 59,4 cm, szer. 85,5 cm.

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w 5 szuflad (z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi), w tym:

- 2 szuflady o wys. 76 h mm
- 2 szuflady o wys. 156 h mm wyposażone we organizery
- 1 szuflada o wym. 236 h mm, z przeznaczeniem na płyny infuzyjne.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w 5 szuflad (z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi), w tym:

- 2 szuflady o wys. 76 h mm
- 2 szuflady o wys. 156 h mm wyposażone we organizery
- 1 szuflada o wym. 236 h mm, z przeznaczeniem na płyny infuzyjne

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
<http://www.zozbol.eu>



**Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z układem jezdnym wyposażonym w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 antystatyczne i 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża, rozmieszczone w sposób zwiększający zwrotność wózka.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza wózek z układem jezdnym wyposażonym w cztery obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 antystatyczne i 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża, rozmieszczone w sposób zwiększający zwrotność wózka.

**Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka posiadającego specjalną przestrzeń przeznaczoną na umieszczenie pojemnika do zużytych igieł wkomponowaną w bryłę wózka, zamiast samego pojemnika do zużytych igieł wkomponowanego w bryłę wózka.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza wózek posiadający specjalną przestrzeń przeznaczoną na umieszczenie pojemnika do zużytych igieł wkomponowaną w bryłę wózka, zamiast samego pojemnika do zużytych igieł wkomponowanego w bryłę wózka.

**Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający dopuści wózek bez otwieracza ampułek, który to stosunkowo rzadko używany jest przez personel medyczny?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza wózek bez otwieracza ampułek.

**Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego nie w pojemnik na cewniki, a w specjalną przestrzeń na cewniki wbudowaną w tylną konstrukcję wózka, z łatwym wyciąganiem cewników o różnych długościach.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony nie w pojemnik na cewniki, a w specjalną przestrzeń na cewniki wbudowaną w tylną konstrukcję wózka, z łatwym wyciąganiem cewników o różnych długościach.

**Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający dopuści wózek z półką, która ma możliwość regulacji głębokości, z przeznaczeniem na butelki?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza wózek z półką, która ma możliwość regulacji głębokości, z przeznaczeniem na butelki.

**Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka ze specjalną przestrzenią wyprofilowaną z tyłu wózka, gdzie można umieścić pojemnik z żelem (zabezpieczona przed wypadaniem z niej umieszczonego wyposażenia).

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza wózek ze specjalną przestrzenią wyprofilowaną z tyłu wózka, gdzie można umieścić pojemnik z żelem (zabezpieczona przed wypadaniem z niej umieszczonego wyposażenia).

**Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z przestrzenią przeznaczoną na butlę tlenową, o pojemności od 3 do 7 litrów, z pasami mocującymi, wbudowaną w tylną konstrukcję wózka?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza wózek z przestrzenią przeznaczoną na butlę tlenową, o pojemności od 3 do 7 litrów, z pasami mocującymi, wbudowaną w tylną konstrukcję wózka.

**Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w nadstawkę z 10 uchylnymi tworzywowymi pojemnikami?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w nadstawkę z 10 uchylnymi tworzywowymi pojemnikami.

**Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający dopuści wózek z możliwością wyboru kolorystyki uchwytów szuflad (9 kolorów oznaczeń do wyboru)?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza wózek z możliwością wyboru kolorystyki uchwytów szuflad (9 kolorów oznaczeń do wyboru), pod warunkiem możliwości wyboru kolorystyki szuflad

**Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 4 Parametry oceniane.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego konstrukcja wykonana jest z anodowanego wytłoczonego aluminium, części boczne i tył wózka wykonane są z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS, blat oraz podstawa wózka (tworząca odbój) z ABS – wózek wykonany z materiałów charakteryzujących się wysoką wytrzymałością i trwałością.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane będą z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa BAYDUR. Szkielet w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania, wówczas Wykonawca otrzyma 5 pkt, natomiast w przypadku zaoferowania innego wykonania wówczas Wykonawca otrzyma 0 punktów.

**Pyt. nr 13. Dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający dopuści szuflady zamykane na zamek centralny w formie blokady łatwo odblokowywanej z zablokowanej jednym ruchem ręki? Ponadto wózek posiada możliwość dodatkowego zabezpieczenia za pomocą plomb (na wyposażeniu 100 plomb).

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza szuflady zamykane na zamek centralny w formie blokady łatwo odblokowywanej z zablokowanej jednym ruchem ręki. Ponadto wózek posiada możliwość dodatkowego zabezpieczenia za pomocą plomb (na wyposażeniu 100 plomb).

**Pyt. nr 14. Dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki szuflad (organizery) w formie przekładek z tworzywa (poziomych i pionowych)?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza pojemniki szuflad (organizery) w formie przekładek z tworzywa (poziomych i pionowych).

**Pyt. nr 15. Dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający dopuści wózek bez zintegrowanych dwóch bocznych szuflad wysuwanych spod blatu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza wózka bez zintegrowanych dwóch bocznych szuflad wysuwanych spod blatu.

**Pyt. nr 16. Dotyczy zadania nr 4**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia uruchomienia w zakresie oferowanego wózka. Zamawiający otrzymuje wózek w postaci nadającej się do użytku, żadne czynności montażowe czy uruchomienie nie są więc konieczne. Jednocześnie prosimy o rezygnację wymogu szkolenia personelu w zakresie obsługi wózka. Oferowany wyrób jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z jego obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego. Ponad to ze sprzętu jakim jest oferowany wózek nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z wymogu przeprowadzenia uruchomienia w zakresie oferowanego wózka. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z wymogu szkolenia personelu w zakresie obsługi wózka.

**Pyt. nr 17. Dotyczy zadania nr 4**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności przeprowadzania przeglądów, w tym gruntownego w ostatnim miesiącu gwarancji, z uwagi na fakt iż producent wózków nie wymaga przeprowadzania takowych. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z konieczności przeprowadzania przeglądów, w tym gruntownego w ostatnim miesiącu gwarancji.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

  
*Adam Zdaniuk*