



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 185 /2016

Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzet medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do pkt 4 sformułowania: „Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia – maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych jeżeli taka konieczność zaistnieje”?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści pkt. 4.

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt 6 na następujący: „Wymiana podzespołu na nowy w razie wystąpienia awarii tego podzespołu nie dającej się naprawić”?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści pkt. 6.

#### **Pyt. nr 3. Dotyczy SIWZ.**

Zwracamy się z prośbą o usunięciu wymogu posiadania przez oferowany przez Wykonawcę sprzęt „zgłoszenia/wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych”. Zgodnie z zapisami w/w ustawy powyższy dokument nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób medyczny do użytku a jedynie wymogiem czysto administracyjnym.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu pkt. 6.4.1. SIWZ.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
<http://www.zozbol.eu>



**Pyt. nr 4. Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji.

**Pyt. nr 5. Dotyczy projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy? (§6 ust. 5 wzoru umowy). Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w §6 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy, wyłącznie w przypadku wygrania zadania nr 7, 8, 10.”

**Pyt. nr 6. Dotyczy projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do §7 ust. 8 wzoru umowy zastrzeżenie o treści: „W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §7 ust. 8.

**Pyt. nr 7. Dotyczy projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §10 ust. 1 pkt. a) na: „zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 14 dni to Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego pisemnie Wykonawcy, nie krótszego jednak niż 14 dni, i zastosowanie kary wynikającej z zapisu §10 pkt. 1 ppkt. c)”.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §10 ust. 1 pkt. a).

**Pyt. nr 8. Dotyczy projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §10 ust. 1 pkt. b) na: „za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,2% wartości reklamowanego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §10 ust. 1 pkt. b).

Z poważaniem

**DYREKTOR**

  
Adam Zdaniuk