



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>(A)</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 253 /2016

Bolesławiec, dnia 28 lipca 2016r.

### *Wszyscy uczestnicy postępowania*

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych. Znak sprawy: 10/opatrunki i rękawice/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 7**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 7): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 7): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ.

#### **Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 7 poz. 6, 7**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 7; pozycje: 6,7): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnątrz skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza pieluchomajtki dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel. 75-738 02 25  
fax. 75-738 00 13  
e-mail: rjablonski@zozbol.eu  
http://www.zozbol.eu



**Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 7 poz. 6, 7**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 7; pozycje: 6,7): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkie minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy.

**Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 7 poz. 6, 7**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 7; pozycje: 6,7): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza pieluchomajtek dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji.

**Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 7 poz. 6, 7**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 7; pozycje: 6,7): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor.

**Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 7 poz. 7**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 7; pozycja 7): pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3000g?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 3000g

**Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 7 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 7; pozycja 7): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm i całkowitym obwodzie aż 160cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm i całkowitym obwodzie aż 160cm

**Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 7 poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 7; pozycja 6): pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 1950g?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 1950g

**Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 7 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 7; pozycja 6): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 56-85cm i całkowitym obwodzie aż 96cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 56-85cm i całkowitym obwodzie aż 96cm

**Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 7 poz. 1, 2, 3, 4**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 7; pozycje: 1,2,3,4): przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD.

**Pyt. nr 11. Dotyczy zadania nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 7; pozycja 2): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg

**Pyt. nr 12. Dotyczy zadania nr 7 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 7; pozycja 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg

**Pyt. nr 13. Dotyczy zadania nr 7 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 7; pozycja 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg

**Pyt. nr 14. Dotyczy zadania nr 7 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 7; pozycja 3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 4-9kg?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 4-9kg

**Pyt. nr 15. Dotyczy zadania nr 7 poz. 5**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 7; pozycja 5): wkładki chłonne maxi, czyli o minimalnym rozmiarze 37x13cm i chłonności co najmniej 790g?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania wkładki chłonnej maxi, czyli o minimalnym rozmiarze 37x13cm i chłonności co najmniej 790g

**Pyt. nr 16. Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

**Pyt. nr 17. Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.

**Pyt. nr 18. Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników.

**Pyt. nr 19. Dotyczy SIWZ**

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”.

**Pyt. nr 20. Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia.

**Pyt. nr 21. Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w systemie burta-burta, czyli wyładowanie towaru z auta bez wniesienia we wskazane miejsce ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w systemie burta-burta, czyli wyładowanie towaru z auta bez wniesienia we wskazane miejsce.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

  
**Adam Zdaniuk**